

## Verklaring Veilig Vervoer Rolstoelen

Conform Code VVR & NEN-ISO 7176-19

Deze verklaring is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de 'Leverancier' en betreft producten die geleverd zijn door de 'Leverancier'.

### Leverancier

Naam : **Van Os Medical B.V.**  
Adres : **Koperslagerij 3  
4651 SK Steenbergen**  
Land : **Nederland**  
Einddatum : **01-05-2021**

### Producten

Productgroep : Elektrische rolstoel  
Identificatie nummer : TCF-VOMNL-0850-13  
Productnaam : Excel Airide  
Test : ISO 7176-19  
Uitvoerend Test instituut : Millbrook, Bedford, MK45 2JQ, United Kingdom  
Datum geslaagd voor test : 31 Mei 2012  
Conform NEN-ISO 7176-19 v.a. Batch : 2003

Productgroep : Handbewogen rolstoel  
Identificatienummer : 0208  
Productnaam : Excel 200 G5  
Test : ISO 7176-19  
Uitvoerend Test instituut : Millbrook, Bedford, MK45 2JQ, United Kingdom  
Datum geslaagd voor test : 25 november 2004

Productgroep : Handbewogen rolstoel  
Identificatienummer : TCF-VOMNL-0730-09  
Productnaam : Excel G7  
Test : ISO 7176-19:2001  
Uitvoerend Test instituut : Millbrook, Bedford, MK45 2JQ, United Kingdom  
Datum geslaagd voor test : 24 maart 2009  
Conform NEN-ISO 7176-19 v.a. Batch : 2061

Productgroep : Handbewogen rolstoel  
Identificatienummer : TCF-VOMNL-0213-09  
Productnaam : Excel G-Modular  
Excel G-Modular Hemi  
Excel G-Modular Comfort  
Excel G4 Modulair  
Excel G5 Modulair  
Excel G5 Modulair Plus  
Excel G5 Modulair Hemi  
Excel G5 Modulair Comfort  
Excel G5 Modulair Kids  
Excel G5 Modulair Junior  
Test : ISO 7176-19:2008 aangepast volgens EN12183:2014  
Uitvoerend Test instituut : Millbrook, Bedford, MK45 2JQ, United Kingdom  
Datum geslaagd voor test : 28 september 2015  
Conform NEN-ISO 7176-19 v.a. Batch : 3519

Productgroep : Handbewogen rolstoel  
Identificatienummer product : TCF-VOMNL-0136-09  
Productnaam : Excel G-Logic  
Excel G-Lite Pro  
Excel G-Explorer  
Travixx Comfort Lite  
Excel Glide Pro  
2GOability Glide Pro  
Test : ISO 7176-19:2008 aangepast volgens EN12183:2014  
Uitvoerend Test instituut : Millbrook, Bedford, MK45 2JQ, United Kingdom  
Datum geslaagd voor test : 26 juni 2017  
Conform NEN-ISO 7176-19 v.a. Batch : 3827

Productgroep : Handbewogen rolstoel  
Identificatienummer : TCF-VOMNL-0209-10  
Productnaam : Excel G-Eco  
Test : ISO 7176-19:2008+A1:2015 aangepast volgens  
EN12183:2014  
Uitvoerend Test instituut : Cranfield Impact Centre, Bedfordshire, MK43 0AL,  
United Kingdom  
Datum geslaagd voor test : 28 mei 2019  
Conform NEN-ISO 7176-19 v.a. Batch : 3823

Productgroep : Handbewogen rolstoel  
Identificatienummer : TCF-VOMNL-0216-16  
Productnaam : Excel G-Lightweight  
Excel G-Lightweight+  
Excel G3 Kinderuitvoering  
Test : ISO 7176-19:2008+A1:2015 aangepast volgens  
EN12183:2014  
Uitvoerend Test instituut : Cranfield Impact Centre, Bedfordshire, MK43 0AL,  
United Kingdom  
Datum geslaagd voor test : 1 maart 2019  
Conform NEN-ISO 7176-19 v.a. Batch : 5033

Van Os Medical B.V., in deze vertegenwoordigd door R.W. van Os, verklaart dat bovengenoemde producten voldoen aan de eisen van de NEN-ISO 7176-19 norm en daardoor veilig vervoert mogen worden conform de Code VVR. Van Os Medical B.V. geeft alleen aan dat de producten voldoen aan de norm en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor incidenten die ontstaan door activiteiten buiten haar verantwoordelijkheden als 'leverancier', zoals beschreven in de Code VVR, Platform Code VVR, September 2018.

Bovengenoemde producten, vanaf het aangegeven batchnummer en hoger, zouden voorzien moeten zijn van het Haaksymbool van de NEN-ISO 7176-19 norm, zoals weergegeven in afbeelding 1. Indien deze symbolen niet (meer) aanwezig zijn op het product, bijvoorbeeld door gebruik, dan kunt u contact opnemen met de 'leverancier' voor aanwijzingen voor de locatie waar de haaksymbolen geplaatst hadden moeten zijn (e-mail: [info@vanosmedical.nl](mailto:info@vanosmedical.nl), telefoon: +31(0)167-573020).



Afbeelding 1:  
Haaksymbool  
NEN-ISO 7176-19

Getekend uit naam van: Van Os Medical B.V.

Plaats en datum: Steenbergen, 20-06-2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Remco Wijnand van Os'. The signature is fluid and cursive.

Remco Wijnand van Os  
Managing Director